

エムネクスパイク®筋注シリンジ12歳以上用 (2026/2027シーズン用) 取扱いについて



ウイルスワクチン類 生物学的製剤基準

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン

エムネクスパイク®筋注シリンジ 12歳以上用

(2026/2027シーズン用)

mNEXSPIKE® Intramuscular Injection Syringe
for ≥ 12 years old
(2026-2027 Formula)

劇薬



処方箋医薬品^{注)}

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

薬価基準: 未収載

12歳以上
1回接種分
(0.2mL)

エムネクスパイク®筋注シリンジ12歳以上用(以下、本剤)は
プレフィルドシリンジ製剤であり、充填の作業が不要です。
接種時は常温に戻し、注射針を装着してご使用下さい。



本剤の接種にあたっては、最新の電子添文及び本冊子、並びに最新の情報をご確認のうえ、適正使用をお願いいたします。

最新の情報は「モデルナ新型コロナワクチン医療従事者向け情報サイト」でご確認ください

(<https://products.modernatx.com/jp/mnexpikepro> 右の二次元コードもご活用ください)。




moderna

田辺ファーマ

2026年8月作成

製品概要



冷蔵保存
7ヵ月

製品名

エムネクススパイク®筋注シリンジ12歳以上用

効能又は効果

SARS-CoV-2による感染症の予防

用法及び用量

1回0.2mLを筋肉内に接種する。

用法及び用量に関連する注意

接種対象者：12歳以上の者

接種回数：SARS-CoV-2ワクチンの接種歴に関わらず、通常、1回接種する。

接種時期：SARS-CoV-2ワクチンの接種歴のある者には、前回の接種から少なくとも3ヵ月経過した後に接種することができる。

同時接種：医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。

同梱物について

- 製品保護のため、シリンジを固定するペーパーボード、及び緩衝材の紙が同梱されています。分別廃棄は不要です。
- 注射針の同梱はありません。
- 外箱下面にロットシールが4枚添付されています。


予診票、お薬手帳、母子手帳、紙カルテ等に貼付できます。



保存と有効期限について

エムネクスパイクは、医療機関に納品後、冷蔵(2～8℃)で保存いただき
外箱及びシリンジのラベルに記載の最終有効年月日までにご使用をお願いいたします

医療機関に納品後は…




外箱底面に
製造番号と
最終有効年月日
が印字されています

- 本剤は、冷蔵(2～8℃)で解凍してから納品しますので、**冷蔵(2～8℃)で保存※**をお願いいたします。
※外箱及びシリンジのラベルに記載の【貯法: -40～-15℃】とは異なります。**再凍結しないよう**にご注意ください。
- **外箱及びシリンジのラベルに記載の最終有効年月日まで**にご使用をお願いいたします。
- ご使用の際は、常温(15～25℃)に戻してください。
- 外箱開封後は、シリンジを遮光して保存してください。
- ご使用前であれば、遮光して8～25℃で最長12時間保存できます。

各種製品コード

製品名	エムネクスパイク®筋注シリンジ12歳以上用	
包装	シリンジ 1本 0.2mL	
外箱寸法 長さ×幅×奥行 (mm)	110×38×35	
シリンジ寸法 外径×長さ (mm)	9.4×72.6	
統一商品コード	982008025	
GS1コード(調剤包装)	04987982008018	 (01)04987982008018
GS1コード(販売包装)	14987982008022	 (01)14987982008022
YJコード	631341TG1023	
JANコード	4987982008025	
HOT番号	1821550010101	
希望納入価	10,600円(税抜)	

エムネクスパイク®筋注シリンジ 12歳以上用の使用方法



① ワクチン名、製造番号、対象年齢、最終有効年月日を確認します

- 本剤の接種対象は、12歳以上です。
- 外箱及びシリンジのラベルに記載の最終有効年月日までのご使用をお願いいたします。

② 薬液を常温に戻します


③ 薬液を目視で点検します

- 本剤は白色～微黄白色の懸濁液です。

- 変色、異物の混入その他の異常を認めた場合は使用しないでください。


※シリンジを振り混ぜないでください。

振り混ぜないでください



④ 注射針を用意し、取り付けます

- 注射針は同梱されていません。
- 筋肉内注射に適切なサイズの注射針を用意してください。
- シリンジの先端キャップを上にならせた状態で、先端キャップを反時計回りにねじりながら、ゆっくりと一定の動きで取り外してください。



▲先端キャップを外す


※先端キャップを外すときに抵抗を感じることがあります。

※先端キャップをねじりながら引っ張ると、反動などで薬液がこぼれるおそれがあります。

- ルアーロックアダプターを保持したまま、注射針を時計回りにねじ込み、しっかり固定してください。

※注射針がまっすぐに固定されていることを確認してください。

※注射針の取り付けが強すぎると針基が割れ、弱すぎると隙間が生じ、液漏れを引き起こすおそれがあります。



▲注射針を取り付ける

⑤ 注射針のキャップを外し、全量を接種します


接種時の注意

- 通常、上腕三角筋に筋肉内接種してください。静脈内、皮内、皮下への接種は行わないでください。
- 組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意してください。

- ✓針長は筋肉内接種に足る長さで、神経、血管、骨等の筋肉下組織に到達しないよう、各被接種者に対して適切な針長を決定してください。
- ✓神経走行部位を避けてください。
- ✓注射針を刺入したとき、激痛の訴え等がみられた場合は直ちに針を抜き、部位をかえて注射してください。

接種部位¹⁾

- 三角筋中央部(目安として肩峰から真下に3横指程度下の位置※)



※接種部位の目安として肩峰下の前後腋窩線を結ぶ線の高さを推奨する報告もあります。

1) 厚生労働行政推進調査事業費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)、「新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント」
https://www1.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/mhlw_leaflet.pdf
(2026年7月1日確認)

(お問い合わせ先)

モデルナ・ジャパン株式会社 製品情報センター

〒105-6923 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 フリーダイヤル 0120-793-056 受付時間 9:00~17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)

JP-COV-2600060 2026年8月作成

MNS-0306AA(-)/ (審) 26VII093